

仕様書

購入構成品目

インファウーマ i 1 式

(内訳)

インファウーマ i LCD/SpO2 (マシモ) 付	1 台
蘇生装置Ⅲ	1 台
引出し 取付金具付/インファ Wi・サンフラワー用	1 個
トレーセット S/F レール取付式	1 個
バスケット アーム付/F レール取付式	1 個
I.V ポール F レール取付式	1 個
回転ボンベ架 F レール取付式	2 個
減圧調整器 OX-236 空気用	2 個
搬入・搬出・移設費	1 式

調達物品に備えるべき技術的要件

(性能・機能に関する要件)

1. 遠赤外線ヒーターによる児の保温ができること。
2. 児の状態に合わせた温度管理が必要なため、マニュアルコントロール、サーボコントロール、いずれの制御方式でも使用できること。
3. パルスオキシメータが本体支柱に内蔵されていること。
4. CPR タイマおよびアプガータイマが本体支柱に内蔵されていること。
5. 操作パネルは、本体支柱部に内蔵されたタッチパネル式カラーLCDディスプレイを採用していること。
6. 無段階調整機能の白色LEDが本体キャノピーに内蔵されていること。
7. 児の蘇生時に必要な空気/酸素混合ブレンダーを本体支柱に内蔵していること。
8. 酸素ブレンダーには本体支柱に内蔵されたマノメーターを有すること。
9. マノメーター付の吸引ユニットを本体支柱に内蔵していること。
10. ベビーガードにダンパーが内蔵されていること。
11. 臥床台にX線カセットトレイが内蔵されていること。
12. 臥床台のX線カセットトレイは3方向から出し入れできること。
13. 吸引瓶等の別途販売品を本体支柱両脇に効率的に設置できること。
14. 臥床台が大型で、無段階前後±13°の範囲で傾斜角度を調節できること。
15. 臥床台の高さはフットスイッチで81cm～121cmの範囲に調節できること。
16. 警報項目として、設定温度警報、体温プローブ警報、ベビーチェック警報、システム

警報、停電警報、SpO2 上限・下限警報、脈拍数上限・下限警報、SpO2 センサ警報、
キャノピー傾斜警報を有していること。

17. 警報時には、警報ランプの点灯に加えて、警報内容を本体支柱部のカラーLCDディスプレイに表示されること。
18. 引出しを有すること。

以上